



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ERRATA E PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIOS X PARA SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM DE LAGOA SANTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, por intermédio do Pregoeiro, torna público a **ERRATA E REABERTURA** da licitação em epígrafe, a todas às empresas interessadas, em conformidade com os termos do Processo Licitatório nº 134/2013, conforme descrito abaixo:

1. Passa a vigorar o seguinte local, data e horário para realização da Sessão Pública:

- **CRENCIAMENTO:**

DIA: 09/10/2013 a partir das 13h:30min.

- **ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

DIA: 09/10/2013 às 14hs.

Local: Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sito à Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG.

2. Retificação do Anexo I – Especificação do Objeto- Termo de referência do edital:

ONDE SE LÊ:

2.7. SISTEMA DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE FILMES RADIOLÓGICOS NO MÍNIMO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES;

2.7.1. Impressora à seco para uso em modalidades médicas com resolução geométrica mínima de 500 dpi (ppp/ppi), resolução contraste superior 12 bits para todas as imagens nela geradas e Spot size: 50 um;

2.7.2. Sistema DICOM NATIVO para conexão com modalidades sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM 3;

2.7.3. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazines com capacidade de no mínimo 100 filmes (películas);

2.7.4. Rendimento: 99 películas por hora no tamanho 35x43 cm no mínimo;

2.7.5. Deverá trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos (formatos) diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line);



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

- 2.7.6. Opções Mínimas de formatos películas (filmes): 35x43 cm (14x17 polegadas) / 28x35 cm (11x14 polegadas)/ 25x30 cm (10x12 polegadas)/ 20x25 cm(8x10 polegadas);
- 2.7.7. Voltagem – Seleção automática 127/240 – 50/60 Hz;
- 2.7.8. Adequada às exigências das normas e resoluções vigentes.

LEIA-SE:

2.7. SISTEMA DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE FILMES RADIOLÓGICOS NO MÍNIMO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:

- 2.7.1 Impressora à seco para uso em modalidades médicas com resolução geométrica mínima de 300 dpi (ppp/ppi), resolução contraste superior 12 bits para todas as imagens nela geradas;
- 2.7.2 Sistema DICOM NATIVO para conexão com modalidades sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM 3;
- 2.7.3 Carregamento dos filmes a luz do dia em magazines com capacidade de no mínimo 100 filmes (películas);
- 2.7.4 Rendimento: 75 películas por hora no tamanho 35x43 cm no mínimo;
- 2.7.5 Deverá trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos (formatos) diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line);
- 2.7.6 Opções Mínimas de formatos películas (filmes): 35x43 cm (14x17 polegadas) / 28x35 cm (11x14 polegadas)/ 25x30 cm (10x12 polegadas)/ 20x25 cm(8x10 polegadas);
- 2.7.7 Voltagem – Seleção automática 127/240 – 50/60 Hz;
- 2.7.8 Adequada às exigências das normas e resoluções vigentes.

ONDE SE LÊ:

2.8. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA;

- a) 02 Unidades Avental plumbífero para paciente adulto e infantil 0,50 mmpb;
- b) 02 Unidades protetor de tireóide convencional adulto e infantil 0,50 mmpb;
- c) Luvas plumbíferas (04 pares);
- d) 01 Unidade negatoscópio 2 corpos simples em aço pintado
- e) 01 Unidade Lanterna segurança dupla vermelha e branca em aço pintado
- f) 01 Unidade de Biombo em “L” para a proteção radiológica, fabricado com duas abas de madeira com acabamento em fórmica e estrutura de aço tratado e pintado com pintura eletrostática branca, com dois visores de vidro plumbífero tamanho 100x150mm, montado sobre base fixa. Medida 0,80+0,80x2,20m. Adequada às exigências das normas e resoluções vigentes.

LEIA-SE:

2.8. MATERIAIS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MENSALMENTE - FILMES TIPO DRY A SECO:

- a) Tipo Dry, tamanho 35x43 cm e 02 caixas com 100 películas;
- b) Tipo Dry, tamanho 28x35 cm e 02 caixas com 100 películas;
- c) Tipo Dry, tamanho 25x30 cm e 02 caixas com 100 películas;
- d) Tipo Dry, tamanho 20x25 cm e 02 caixas com 100 películas;

ACESSÓRIOS DE USO COMUM:

- a) 02 Unidades Avental plumbífero para paciente adulto e infantil 0,50 mmpb;
- b) 02 Unidades protetor de tireóide convencional adulto e infantil 0,50 mmpb;
- c) Luvas plumbíferas (04 pares);
- d) 01 Unidade negatoscópio 2 corpos simples em aço pintado
- e) 01 Unidade Lanterna segurança dupla vermelha e branca em aço pintado
- f) 01 Unidade de Biombo em "L" para a proteção radiológica, fabricado com duas abas de madeira com acabamento em fórmica e estrutura de aço tratado e pintado com pintura eletrostática branca, com dois visores de vidro plumbífero tamanho 100x150mm, montado sobre base fixa. Medida 0,80+0,80x2,20m. Adequada às exigências das normas e resoluções vigentes;

ONDE SE LÊ:

4.10. MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA;

LEIA-SE:

2.10. MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA;

3. EXCLUI-SE O ITEM 2.9, por duplicidade de descrição;

4. Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 27 de setembro de 2013.

**Carlos Augusto de Azevedo
Pregoeiro**